Vous demandez un étalonnage.


En êtes-vous sûr ?

étalonnage
vérification
ajustage



Étalonnage

On compare l’instrument à un étalon.




Résultat :

des écarts chiffrés et une incertitude. Aucun verdict.

Vérification

On compare ces écarts à une erreur maximale tolérée (EMT).




Résultat :

conforme ou non conforme.

Ajustage


On règle l’instrument pour réduire l’écart.



Résultat :

un instrument modifié. C’est la seule des trois opérations qui le fait.

Trois mots, trois actions.




Étalonnage

Des écarts chiffrés et une incertitude.



Vérification

Conforme ou non conforme.



Ajustage

L’instrument est réglé, donc modifié.

MIMÉLEC

The Good Sciences

Vérification au laboratoire de La Rue-Saint-Pierre, avec des étalons raccordés COFRAC et DAkkS. Un constat de vérification est remis.